



DET NORSKE VERITAS

CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ KVALITY PRODUKTU - EC

Certifikát č. 82704-2010-CE-CZS-NA

Tento certifikát se skládá ze 3 stran

Tímto se potvrzuje, že systém managementu jakosti společnosti

Dina - Hitex, spol. s r.o.

Ždánská 987, 685 01 Bučovice, Česká republika

pro výrobu a konečnou kontrolu/testování skupiny produktů

Sterilní oftalmologické proužky

byl posouzen podle

článku 11.5 a) a Přílohy V (Modul D1) Směrnice 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky v platném znění a to z hlediska výroby a zabezpečení plnění požadavků na sterilizaci a je ve shodě s aplikovatelnými požadavky.

Další informace jsou uvedeny dále

Místo a datum vystavení:

Høvik, 2010-09-10

Platnost certifikátu:

2015-09-10

za DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS
NORWAY



Aud Løken Eiklid
Manažer certifikace

Notified Body No.:
0434

Jenny Helen Nyttun
Technický inspektor

This Certificate has been digitally signed. See www.dnv.com/digitalsignatures for more info

Poznámka: Certifikát podléhá podmínkám uvedeným níže. Jakékoliv významné změny v návrhu nebo vývoji produktu mohou vést k zneplatnění tohoto certifikátu.

Pokud utrpí některá osoba ztrátu nebo škodu, kterou prokazatelně způsobila Det Norske Veritas svou nedbalostí nebo opomenutím, Det Norske Veritas potom musí tuto osobu za prokázanou přímou ztrátu nebo poškození odškodnit. Náhrada však nesmí přesáhnout sumu rovnající se detetinasobku poplatku za službu a maximální výše náhrady nesmí přesáhnout 300.000 USD. V tomto ustanovení "Det Norske Veritas" znamená nadaci Det Norske Veritas a všechny její dceřinné společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, agenty a jiné osoby vystupující jménem Det Norske Veritas.



Číslo cert.: 82704-2010-CE-CZS-NA
Rev.č.:
Projekt č.: PRJC-84469-2008-PRC-CZE

Jurisdikce

Aplikace Směrnice 93/42/EEC ze 14. června 1993, přijatá jako "Forskrift for Medisinsk Utstyr" norským ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí.

Historie certifikátu

Revize	Popis	Datum vystavení
	Původní certifikát	2010-09-10

Certifikát zahrnuje následující zdravotnická zařízení:

Popis prostředku	Prostředek	Třída
Sterilní oftalmologické proužky	<ul style="list-style-type: none">SCHIRMER - PLUS®LISSAVER – PLUS	I sterilní

Úplný seznam zdravotnických zařízení je uložen u splnomocněného orgánu (Notified Body).

Pobočky zahrnuté v certifikaci:

Název pobočky	Adresa
Dina - Hitex, spol. s r.o.	Ždánská 987,685 01,Bučovice,Czech Republic



Číslo cert.: 82704-2010-CE-CZS-NA
Rev.č.:
Projekt č.: PRJC-84469-2008-PRC-CZE

Podmínky

Certifikát podléhá následujícím podmínkám:

- Jakýkoliv výrobce (viz 2001/95/EC pro přesnou definici) je odpovědný za škodu způsobenou závadou produktu, v souladě s nařízením 85/374/EEC, týkajícím se odpovědnosti za vadné produkty.
- Certifikát je platný pouze pro produkty a/nebo výrobní závody uvedené výše.
- Výrobce musí splňovat povinnosti schváleného systému kvality a udržovat jej tak, aby byl stále adekvátní a účinný.
- Výrobce musí informovat místní kancelář DNV o jakýchkoliv záměrech upravit systém kvality. DNV změny posoudí a rozhodne, zda certifikát zůstává v platnosti.
- Musí být provedeny periodické audity za účelem ověření, že výrobce udržuje a používá systém kvality. DNV si vyhrazuje právo vykonat neoznámené návštěvy.

Certifikát může být prohlášen za neplatný, pokud:

- Nejsou periodické audity vykonány v řádném nebo dohodnutém termínu.

Prohlášení shody a označení produktu

Pokud jsou splněny podmínky uvedené výše, může výrobce používat Prohlášení o shodě CE a CE značku s identifikačním číslem splnomocněného orgánu DNV (Notified Body).

KONEC CERTIFIKÁTU